


1	生化学容器	 容量：8.5mL・3.5mL 内容：血清分離剤 保存方法：室温 有効期間：容器表示 主な検査項目 生化学項目	2	末血容器	 容量：2.0mL 内容：EDTA-2K 保存方法：室温 有効期間：容器表示 主な検査項目 末梢血一般 血液型 HbA1c	3	血糖容器	 容量：2.0mL 内容：フッ化Na 保存方法：室温 有効期間：容器表示 主な検査項目 血糖検査 HbA1c
4	凝固容器	 容量：1.9mL 内容：3.2%クエン酸Na 保存方法：室温 有効期間：容器表示 主な検査項目 凝固検査項目	5	滅菌ポリスピッツ	 容量：1.0mL 内容： 保存方法：室温 有効期間：容器表示 主な検査項目 尿検査、尿細胞診 尿細菌	6	EDTA-2Na容器	 容量：2mL、5mL 7mL 内容：EDTA2Na 保存方法：室温 有効期間：容器表示 主な検査項目 BNP、レニン、ACTH アルドステロン、アミノ酸分析
7	血沈専用容器	 容量：1.6mL 内容：3.2%クエン酸Na 保存方法：室温 有効期間：容器表示 主な検査項目 血沈	8	ヘパリン容器	 容量：5.0mL、10.0mL 内容：ヘパリンNa 保存方法：室温 有効期間：容器表示 主な検査項目 薬物（一部） 脂肪酸4分画 血中鉛	9	尿中FDP	 容量：1.0mL 内容：トロンビン酵素 保存方法：室温 有効期間：容器表示 主な検査項目 尿中FDP
10	乳酸・ピルビン酸容器	 容量：1.0mL 内容：徐蛋白液1.0mL 保存方法：冷蔵 有効期間：容器表示 主な検査項目 乳酸、ピルビン酸	11	EDTA-アプロニチン	 容量：2.0mL 内容：EDTA2Na アプロニチン 保存方法：室温 有効期間：容器表示 主な検査項目 薬物（一部） 脂肪酸4分画	12	細胞性免疫専用容器 細胞表面マーカー	 容量：10.0mL 内容：ヘパリンNa 保存方法：室温 有効期間：容器表示 主な検査項目 DLST・細胞表面マーカー 細胞性免疫（血液） 染色体検査（血液）
13	遺伝子検査（血液）	 容量：6.0mL 内容：EDTA2K （スプレーコート） 有効期間：容器表示 主な検査項目 遺伝子診断検査 （血液） * 染色体検査不可	16	遺伝子検査（骨髄）	 容量：15.0mL 内容： 保存方法： 有効期間：容器表示 主な検査項目 遺伝子診断検査	18	ウイルス遺伝子（血清）	 容量：5.0mL 内容：凝固促進剤 保存方法：室温 有効期間：容器表示 主な検査項目 HCV-DNA HBV-DNA