

■ウイルス検査一覧表(必要量の記載がある項目は検査可)

検査項目		EIA 項目コード	必要量 (mL)	CF 項目コード	必要量 (mL)	HI 項目コード	必要量 (mL)	NT 項目コード	必要量 (mL)	FA 項目コード	必要量 (mL)
アデノ	血清 髄液			1912	0.3 0.5						
アデノ1型	血清 髄液							2282	0.2 0.5		
アデノ2型	血清 髄液							1953	0.2 0.5		
アデノ3型	血清 髄液							2283	0.2 0.5		
アデノ4型	血清 髄液							2284	0.2 0.5		
アデノ5型	血清 髄液								0.2 0.5		
アデノ6型	血清 髄液								0.2 0.5		
アデノ7型	血清 髄液							1954	0.2 0.5		
アデノ11型	血清 髄液								0.2 0.5		
アデノ19型	血清 髄液								0.2 0.5		
インフルエンザA	血清 髄液			1661	0.3 0.5	2356	0.2 0.4				
インフルエンザB	血清 髄液			1662	0.3 0.5	2357	0.2 0.4				
パラインフルエンザ1型	血清 髄液					2327	0.2 0.4				
パラインフルエンザ2型	血清 髄液					2328	0.2 0.4				
パラインフルエンザ3型	血清 髄液					1921	0.2 0.4				
パラインフルエンザ4型	血清 髄液					2329	0.2 0.4				
RS	血清 髄液			1721	0.3 0.5			1693	0.2 0.5		
ムンプス	血清 髄液			1668	0.3 0.5	1822	0.2 0.4	2227	0.2 0.5		
ムンプスIgG	血清 髄液	1537	0.4 0.7								
ムンプスIgM	血清 髄液	1538	0.4 0.7								
麻疹	血清 髄液							1458	0.2 0.2		
麻疹IgG	血清 髄液	1535	0.4 0.7						0.2 0.2		
麻疹IgM	血清 髄液	1536	0.4 0.7								
風疹	血清 髄液					1178	0.2 0.4				
風疹IgG	血清 髄液	1354	0.4 0.7						0.2 0.2		
風疹IgM	血清 髄液	1172	0.4 0.7								
単純ヘルペス(HSV)	血清 髄液			1666 2238	0.3 0.5						
単純ヘルペス1型	血清 髄液							1796	0.3 0.3		
単純ヘルペス2型	血清 髄液							1808	0.3 0.3		
単純ヘルペスIgG	血清 髄液	1451	0.4 0.7								
単純ヘルペスIgM	血清 髄液	1735	0.4 0.7								

■の血清の実施料は79点判免疫

■の血清(単純ヘルペスIgGは髄液も算定可)の実施料は206点判免疫