

測定器

一酸化炭素検知警報器
CM-7A

■仕様

項目	型式	CM-7A
名称		一酸化炭素ガス検知警報器
型式		CM-7A
測定原理		定電位電解式
センサ/採気方式		CO-606E/拡散式
測定範囲		一酸化炭素0～300ppm(サービス範囲:301～999ppm)
指示精度		999ppmを超えるとHi表示)フルスケールの±10%以内(校正時)
警報値		第1警報 50ppm(許容濃度) 第2警報 150ppm
警報方式		第1警報 ブザーミドル95dB(電池1.5V以上)、ランプ遅い点滅(自動復帰式) 第2警報 ブザーファースト95dB(電池1.5V以上)、ランプ速い点滅(自動復帰式)
90%応答時間		20秒以内(20℃、50%RH)
使用環境条件		温度:－10～40℃相対湿度:30～90%RH(結露無きこと)
電源/使用時間		単4アルカリ乾電池1本連続使用時2000時間(無警報時、20℃以上)
外形寸法		約79mm(幅)×20mm(奥行き)×44mm(高さ)突起部含まず
重量		約50g(センサ、電池含む)
その他機能		自動ゼロ調整、自動スパン校正、自動回路動作チェック、自動センサチェック 電池残量表示、電池交換警報、電磁波障害対策、表示部照明

■商品

コードNo.	商品名
5715	COモニター(探知器)

デジタル酸素濃度計



特長

- 約8000時間の連続使用が可能
- 自動エア調整機能を搭載
- わかりやすい警報機能
- 表示が見やすい大きなLCD画面
- JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定酸素計適合品

■商品

コードNo.	商品名
5720	XO-326IIA

- ※1 同一測定条件による。
※2 周辺温度は25±2℃の状態とする
※3 環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。
※4 レザーケース装着の場合

■仕様

項目	型式	XO-326IIA
コード長		5m(本体巻取式)
検知対象ガス		酸素
検知原理		隔膜ガルバニ電池式
採取方法		拡散式
指示表示		LCDデジタル3桁
検知範囲(サービスレンジ)		0～25.0vol%(25.1～40.0vol%)
指示精度	※1	±0.5vol%以内
警報設定値		1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%
警報方式		1段目警報:長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅 2段目警報:短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅 エア調整不能、電池切れ、機器以上:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅
応答時間	※2	90%応答 20秒以内
使用温湿度範囲		－10～±40℃、30～85%RH以下(但し、結露なきこと)
電源		単3形アルカリ乾電池 2本
連続使用時間	※3	約8000時間
防爆構造	※4	ExlaIIBT3(本質安全防爆構造)
外形寸法		W66×H170×D29mm
重量		約340g(レザーケース、電池含む)